



Certifikát o hodnocení

číslo: ZR 128/18 – 0169

- Vydává: **Český metrologický institut**
Okružní 31
638 00 Brno
Česká republika
- Ve shodě: dokumentem WELMEC Guide 8.8, vydání 1 “Obecná a administrativní hlediska dobrovolného systému modulárního hodnocení měřidel podléhajících MID;
EN 45501:2015;
dokumentem WELMEC Guide 2.2, vydání 3 a WELMEC Guide 2.3, vydání 3
- Vydáno pro: **ArrowSys s.r.o.**
Vožická 1276/6
390 02 Tábor
Česká republika
- Pro: Aplikační software používaný jako pokladní systém (POS) bez kalkulace ceny přezkoušený jako samostatný modul vážicího zařízení sloužící k přímému prodeji veřejnosti
- Typ: POS systém ANetCa, legálně relevantní knihovna MettlerScale.dll
- Výrobce: **ArrowSys s.r.o.**
Česká republika
- Charakteristiky: Základní charakteristiky jsou popsány v příloze
- Číslo dokumentu: **0511-ZR-C011-18**
- Popis: Software používaný jako pokladní systém (POS) bez kalkulace ceny je popsán v popisné příloze. Certifikát má 7 stran.

Certifikát nesmí být použit bez souhlasu držitele uvedeného výše.

Brno, 10. května 2018




RNDr. Pavel Klenovský
generální ředitel